



----- Site do Inmetro -----



RBC

Rede Brasileira de Calibração

Listar Laboratórios

Consulta Laboratórios

Consulta Serviços



Consulta

Credenciamento Nº 67
Data da Acreditação 01/08/1995
Data de Validade do Certificado 01/01/2016
Última Revisão do Escopo 09/10/2009
Nome do Laboratório LABORATÓRIO DE METROLOGIA
 NAKA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
 INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Situação Ativo
Endereço ALAMEDA SÃO CAETANO, 2.521
Bairro SANTA PAULA
CEP 09560500
Cidade SÃO CAETANO DO SUL
Estado SP
Telefone (11) 2199-1177
Fax (11) 4220-1500

Área PRESSÃO
Gerente Técnico ROBERT SEIGI ITAO
Email naka@naka.com.br

Descrição do Serviço	Faixa	Melhor Capacidade de Medição
----------------------	-------	------------------------------

(Realizados no endereço acima)

MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VÁCUO - PRINCÍPIO RELATIVO

Manômetro Analógico	4,9 kPa até < 490 kPa	0,059%
	0,49 MPa até < 3,5 MPa	0,042%
	3,5 MPa até < 5,5 MPa	0,052%
	5,5 MPa até 110 MPa	0,054%
Manômetro Digital	4,9 kPa até < 490 kPa	0,0047%
	0,49 MPa até < 3,5 MPa	0,0043%
	3,5 MPa até < 5,5 MPa	0,0059%
	5,5 MPa até 110 MPa	0,013%
Vacuômetro Analógico	-3 kPa até -100 kPa	0,059%
Vacuômetro Digital	-3 kPa até -100 kPa	0,011%
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica	4,9 kPa até < 490 kPa	0,012%
	0,49 MPa até < 3,5 MPa	0,014%
	3,5MPa até < 5,5 MPa	0,02%
	5,5 MPa até 110 MPa	0,02%

(Realizados nas instalações do cliente)

MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VÁCUO - PRINCÍPIO RELATIVO

Manômetro Analógico	4,9 kPa até < 700 kPa	0,06%
	0,7 MPa até < 7 MPa	0,06%
	7 MPa até 70 MPa	0,09%
Manômetro Digital	4,9 kPa até < 700 kPa	0,03%
	0,7 MPa até < 7 MPa	0,04%
	7 MPa até 70 MPa	0,08%
Vacuômetro Analógico	-3 kPa até -100 kPa	0,07%
Vacuômetro Digital	-3 kPa até -100 kPa	0,07%
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica	4,9 kPa até < 700kPa	0,07%
	0,7 MPa até < 7 MPa	0,05%
	7 MPa até 70 MPa	0,08%



Topo