



----- Site do Inmetro -----



RBC

Rede Brasileira de Calibração

Listar Laboratórios

Consulta Laboratórios

Consulta Serviços



Consulta

Credenciamento Nº 67
Data da Acreditação 15/03/2007
Data de Validade do Certificado 01/01/2016
Última Revisão do Escopo 15/03/2007
Nome do Laboratório LABORATÓRIO DE METROLOGIA
 NAKA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Situação Ativo
Endereço ALAMEDA SÃO CAETANO, 2.521
Bairro SANTA PAULA
CEP 09560500
Cidade SÃO CAETANO DO SUL
Estado SP
Telefone (11) 2199-1177
Fax (11) 4220-1500

Área TEMPERATURA E UMIDADE
Gerente Técnico SAMUEL B. HENRIQUEZ
Email lab@naka.com.br

Descrição do Serviço	Faixa	Melhor Capacidade de Medição
----------------------	-------	------------------------------

(Realizados no endereço acima)

TERMOMETRIA DE CONTATO

Termômetro de Resistência	-40°C até 420°C	± 0,16°C
Termômetro Analógico/Digital com Sensor Termopar	-40°C até 420°C	± 0,3°C
	>420°C até 1100°C	± 1,8°C
Termopar de Metais Nobres	-40°C até 420°C	± 0,6°C
	>420°C até 1100°C	± 1,8°C
Termopar de Metais Básicos	-40°C até 420°C	± 0,6°C
	>420°C até 1100°C	± 1,8°C
Cabo de Compensação/Extensão	-40°C até 200°C	± 0,2°C
Termômetro Bimetálico	-40°C até 100°C	± 0,7°C
	>100°C até 420°C	± 1,0°C
Termômetro Analógico/Digital com Outros Sensores	-40°C até 420°C	± 0,23°C
Termômetro de Enchimento	-40°C até 100°C	± 0,7°C
	>100°C até 420°C	± 1,0°C
Registrador de Temperatura com Sensor Termopar	-40°C até 420°C	± 0,3°C
	>420°C até 1100°C	± 1,8°C

Registrador de Temperatura com Outros Sensores	-40°C até 420°C	± 0,23°C
Transmissor de Temperatura com Sensor Termopar	-40°C até 420°C	± 0,33°C
	>420°C até 1100°C	± 1,80°C
Transmissor de Temperatura com Outros Sensores	-40°C até 420°C	± 0,22°C

(Realizados nas instalações do cliente)

TERMOMETRIA DE CONTATO

Termômetro de Resistência	0°C até 420°C	± 0,16°C
Termômetro Analógico/Digital com Outros Sensores	-20°C até 200°C	± 0,5°C
	>200°C até 420°C	± 1,0°C
Termômetro Analógico/Digital com Sensor Termopar	-20°C até 200°C	± 1,2°C
	>200°C até 420°C	± 1,5°C
	>420°C até 1100°C	± 2,3°C
Termopar de Metais Nobres	0°C até 420°C	± 0,7°C
Termopar de Metais Básicos	0°C até 420°C	± 0,6°C
Termômetro Bimetálico	-20°C até 200°C	± 0,7°C
	>200°C até 420°C	± 1,2°C
Termômetro de Enchimento	-20°C até 200°C	± 0,7°C
	>200°C até 420°C	± 1,2°C
Registrador de Temperatura com Sensor Termopar	-20°C até 200°C	± 1,2°C
	>200°C até 420°C	± 1,5°C
	>420°C até 1100°C	± 2,3°C
Registrador de Temperatura com Outros Sensores	-20°C até 200°C	± 0,5°C
	>200°C até 420°C	± 1,0°C



Topo